



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.001.A № 49922/1

Срок действия до 15 февраля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Гири от 1 мг до 20 кг классов точности E₁, E₂, F₁, F₂, M₁

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Сартогосм", г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52768-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ OIML R111-1-2009

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года - для гирь класса точности E₁;

1 год - для гирь классов точности E₂, F₁, F₂, M₁

Свидетельство об утверждении типа переформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2015 г. № 289

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

" 20 " 03 2015 г.

Серия СИ

№ 019513