



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

JP.C.31.004.A № 56371

Срок действия до 08 августа 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы влажности весовые инфракрасные MD 83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Shinko Denshi Co., Ltd.", Япония

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 58102-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 58102-14

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **08 августа 2014 г. № 1244**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



"15" 2014 г.

Серия СИ

№ 016263